



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA RESPOSTA À ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2021

PROCESSO Nº 129/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE RENASCENÇA.

A Pregoeira do MUNICÍPIO DE RENASCENÇA – PR, designado pelo Prefeito Municipal, através da Portaria nº 234, do dia 02/07/2021, vem por meio desta, responder o pedido de esclarecimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 076/2021 apresentado pela empresa MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

I. DA ADMISSIBILIDADE

Conforme o item 4.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 033/2021, é assegurado a qualquer pessoa física ou jurídica o direito de impugnar ou solicitar esclarecimentos quanto aos termos do presente Edital, no prazo de até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas.

Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimento realizado pela empresa MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, uma vez que foi encaminhado a Pregoeira, por meio de correio eletrônico, no dia 16/09/2021.

Neste sentido, reconhecemos o pedido de esclarecimento feito pela referida empresa ao edital de licitação, ao qual passamos a apreciar o mérito.

II - DOS ESCLARECIMENTOS

A empresa MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, ao analisar os termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 076/2021, requereu os seguintes esclarecimentos:

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

CNPJ 76.205.681/0001-96

Rua Getúlio Vargas, 901 – **Fone/Fax (46) 3550-8300**

CEP 85.610-000 – Renascença – PR

www.renascenca.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

1) **Pede-se no Edital desfibrilador / cardioversor – multiparamétrico, em um arquivo pede Cardioversor com MP e DEA e no outro arquivo pede Cardioversor com ECG e SPO2. Solicitamos esclarecer quais são os parâmetros necessários.**

R: Tendo em vista que tal pedido de esclarecimento é a respeito da especificação técnica do equipamento, solicitamos ao setor competente que elaborou o objeto para que se manifestasse a respeito. Tal setor informou que tendo em vista que a UBS do município realiza os primeiros atendimentos de pacientes na urgência e emergência para posteriormente encaminha-los aos hospitais de referência, a Unidade Básica de Saúde necessita um aparelho que comporte todos os itens relatados em edital.

Sendo assim as especificações contidas no Edital PE n^o 076/2021 serão mantidas.

Dê ciência à Empresa MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA do conteúdo deste expediente e continuidade dos trâmites relativos ao procedimento licitatório.

Renascença, 20 de setembro de 2021.



LUCIANA ALMERI MORCELLI
Pregoeira



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA

MEMORANDO 299/2021

Renascença, 17 de Setembro de 2021.

Da: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Para: **LICITAÇÃO**

Conforme questionamento da empresa Medicalway referente ao equipamento desfibrilador do Pregão eletrônico 76/2021, processo nº 129/2021 viemos através do presente informar que a Unidade de Saúde do Município de Renascença, faz o primeiro atendimento de pacientes na urgência e emergência para posteriormente encaminhá-los aos hospitais de referência, sendo assim necessitamos de um aparelho que comporte todos os itens relatados no descritivo anterior.

Sendo o que se apresenta para o momento, firmamos o presente.

Simone do Gestatem
Simone Lorensset Gutstein
Secretária de Saúde